

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
„SUKCESYWNE DOSTAWY PAKIETÓW TESTOWYCH BOWIE-DICK”,  
nr sprawy: SPL/06/PN/2021.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013280825

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** Nowowiejska 31

**1.4.2.) Miejscowość:** Warszawa

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 00-911

**1.4.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

**1.4.7.) Numer telefonu:** 22 526 43 14

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@spl.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.spl.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00105966/01

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-07-06 14:48

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00098656/01

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

## PAKIET TESTOWY BOWIE DICK

- Pakiet testowy Bowie Dick do autoklawów wyposażonych w system próżniowy. Ukazanie skuteczności usunięcia z komory sterylizatora gazów skondensowanych,przetestowanie szczelności, zdolności penetracji parą poszczególnych wsadów.
- zmiana koloru wskaźnika
- substancje chemincze zawarte w pakiecie pozbawione ołowiu i całkowicie bezpieczne dla środowiska
- zabezpieczenie pojedynczego pakietu woreczkiem foliowym zamykanym strunowo
- spełniające normy :  
ISO 11140-1 typ 2  
EN 867-1  
EN 867- 4  
AAMI ST 60 typ 2
- inormacje na teście zamieszczone są w języku polskim

Po zmianie:

## PAKIET TESTOWY BOWIE DICK

Pakiet testowy Bowie Dick do autoklawów wyposażonych w system próżniowy. Ukazanie skuteczności usunięcia z komory sterylizatora gazów skondensowanych, przetestowanie szczelności, zdolności penetracji parą poszczególnych wsadów.

- ~ zmiana koloru wskaźnika
- ~ substancje chemincze zawarte w pakiecie pozbawione ołowiu i całkowicie bezpieczne dla środowiska
- ~ zabezpieczenie pojedynczego pakietu woreczkiem foliowym zamykanym strunowo albo papierem krepowym;
- ~ spełniające normy: ISO 11140-1 typ 2;
- ~ informacje na teście zamieszczone są w języku polskim.

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-07-09 11:00

Po zmianie:

2021-07-12 11:00

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-07-09 11:15

Po zmianie:

2021-07-12 11:15